


弥散


失败类型简述：峰形过宽，导致序列 800bp 前无法准确读值。

峰图实例：


1. 刚开始峰图很好，到后边（800bp 之前）峰变的很宽以至于不能识别；




2. 延迟出峰，峰形变宽逐渐不能辨别。



Sequence Scanner 软件中 Raw 图实例 1:



Sequence Scanner 软件中 Raw 图实例 2:



可能的原因	解决方案
DNA 浓度过高	金唯智测序调整方案重测